

Clean-test

Indicador Biológico para Esterilização a Vapor



Certificado de Qualidade

Este lote de Indicadores Biológicos Clean-test encontra-se dentro das especificações da Soinvie do Brasil para este produto quando analisados sob nossos padrões de liberação.

Todas as unidades de Clean-test são fabricadas de acordo com as normas USP, EN 866, ISO 11138, AAMI ST59 e AAMI ST19.

Indicador Biológico para uso em processos de esterilização a vapor a 121°C e 134°C.

Organismo: *Geobacillus stearothermophilus* ATCC: 7953

Lote: S776-7

Expiração: 12/11/2023

***População (média/fita):** 1,9 x 10⁵ **UFC**

***Valor de D (121°C):** 1,6 **min**

***Valor de D (127°C)** 0,4 **min**

***Valor de D (134°C):** 0,08 **min**

***Valor de Z (110°C e 130°C):** 9,8 **°C**

Dados de resistência	Sobrevivência	Morte
Vapor Saturado a 121°C	5,3 min.	14,8 min.
Vapor Saturado a 127°C	1,3 min.	3,7 min.
Vapor Saturado a 134°C	0,26 min.	0,74 min.

*Determinado durante a fabricação.

Data de emissão: 19/01/2022

Thiago José Pelissari

Qualidade Assegurada
Técnico Responsável
CRQ 09202480 - IX Região

Fabricado por: Soinvie do Brasil Ltda.
Estrada BR 158, S/N – Peabiru – PR
CEP 87250-000 – CNPJ 08.781.956/0001-80
Tel: (44) 3531-1552