

## CERTIFICADO DE QUALIDADE

Certificamos aqui que o indicador químico Integrador Clean Test, fabricado por Soinvie do Brasil Ltda., cumpre os requisitos de um indicador Integrador Tipo 5 de acordo com o padrão internacional ISO 11140-1:2014 Sterilization of health care products — Chemical indicators — Part 1: General requirements. O certificado é limitado para o uso em processo de esterilização a vapor em temperaturas de 121°C a 135°C.

**Lote:** CLIT4921

**Data de fabricação:** 10/12/2021

**Data de expiração:** 10/12/2023

O presente produto não oferece riscos físicos ou a saúde sob condições normais de uso.

Atenciosamente,



Thiago José Pelissari  
CRQ IX Região nº 09202480  
Responsável Técnico  
SOINVIE DO BRASIL LTDA

15 de Dezembro de 2021.