

CERTIFICADO DE QUALIDADE

Certificamos que o Indicador Químico Clean Test Tipo 4, fabricado por Soinvie do Brasil Ltda., cumpre os requisitos de um indicador multiparâmetro Tipo 4 (Classe 4) de acordo com o padrão internacional ISO 11140-1:2014 *Sterilization of health care products — Chemical indicators — Part 1: General requirements*. O certificado é limitado para o uso em processo de esterilização a vapor em temperaturas de 121°C a 134°C.

Lote: CLMP4121

Data de fabricação: 11/10/2021

Data de expiração: 11/10/2024

O presente produto não oferece riscos físicos ou a saúde sob condições normais de uso.

Atenciosamente,



Thiago José Pelissari
CRQ IX Região n° 09202480
Responsável Técnico
SOINVIE DO BRASIL LTDA

15 de Outubro de 2021