

Clean-test

Indicador Biológico para Esterilização a Vapor



Certificado de Qualidade

Este lote de Indicadores Biológicos Clean-test encontra-se dentro das especificações da Soinvie do Brasil para este produto quando analisados sob nossos padrões de liberação.

Todas as unidades de Clean-test são fabricadas de acordo com as normas USP, EN 866, ISO 11138, AAMI ST59 e AAMI ST19.

Indicador Biológico para uso em processos de esterilização a vapor a 121°C e 134°C.

Organismo: *Geobacillus stearothermophilus* ATCC: 7953

Lote: CLST2522

Expiração: 21/06/2024

*População (média/fita):	3,7 x 10 ⁵	UFC
*Valor de D (121°C):	2,0	min
*Valor de D (128°C)	0,32	min
*Valor de D (134°C):	0,09	min
*Valor de Z (110°C e 130°C):	9,56	°C

Dados de resistência	Sobrevivência	Morte
Vapor Saturado a 121°C	7,1 min.	19,1 min.
Vapor Saturado a 128°C	1,1 min.	3,1 min.
Vapor Saturado a 134°C	0,32 min.	0,86 min.

*Determinado durante a fabricação.

Data de emissão: 06/07/2022

Thiago José Pelissari

Qualidade Assegurada
Técnico Responsável
CRQ 09202480 - IX Região

Fabricado por: Soinvie do Brasil Ltda.
Estrada BR 158, S/N – Peabiru – PR
CEP 87250-000 – CNPJ 08.781.956/0001-80
Tel: (44) 3531-1552