

CERTIFICADO DE QUALIDADE





Certificamos aqui que o indicador químico Integrador Clean Test, fabricado por Soinvie do Brasil Ltda., cumpre os requisitos de um indicador Integrador Tipo 5 de acordo com o padrão internacional ISO 11140-1:2014 Sterilization of health care products — Chemical indicators — Part 1: General requirements. O certificado é limitado para o uso em processo de esterilização a vapor em temperaturas de 121°C a 135°C.

Lote: CLIT0223

Data de fabricação: 09/01/2023

Data de expiração: 09/01/2025

Armazenamento:

	<p>Temperatura: 15 °C a 30 °C.</p>		<p>Umidade relativa: 20 % a 80 %.</p>
	<p>Mantenha em local seco, sem condensação.</p>		<p>Mantenha protegido de agentes esterilizantes, luzes solares, radiação, etc.</p>

Para fins de registro, os requisitos de armazenamento devem ser respeitados também após o processamento do mesmo.

O presente produto não oferece riscos físicos ou a saúde sob condições normais de uso.

Isento de registro/cadastro conforme Instrução Normativa nº 2 de 31 de maio 2011

Atenciosamente,



Thiago José Pelissari
CRQ IX Região nº 09202480
Responsável Técnico
SOINVIE DO BRASIL LTDA

23 de Janeiro de 2023.