

## CERTIFICADO DE QUALIDADE





Certificamos aqui que o indicador químico Integrador Clean Test, fabricado por Soinvie do Brasil Ltda., cumpre os requisitos de um indicador Integrador Tipo 5 de acordo com o padrão internacional ISO 11140-1:2014 Sterilization of health care products — Chemical indicators — Part 1: General requirements. O certificado é limitado para o uso em processo de esterilização a vapor em temperaturas de 121°C a 135°C.

**Lote:** CLIT4523

**Data de fabricação:** 06/11/2023

**Data de expiração:** 06/11/2025

### Armazenamento:

	Temperatura: 15 °C a 30 °C.		Umidade relativa: 20 % a 80 %.
	Mantenha em local seco, sem condensação.		Mantenha protegido de agentes esterilizantes, luzes solares, radiação, etc.

Para fins de registro, os requisitos de armazenamento devem ser respeitados também após o processamento do mesmo.

O presente produto não oferece riscos físicos ou a saúde sob condições normais de uso.

Isento de registro/cadastro conforme Instrução Normativa n° 2 de 31 de maio 2011

Atenciosamente,



Thiago José Pelissari  
CRQ IX Região n° 09202480  
Responsável Técnico  
SOINVIE DO BRASIL LTDA

23 de Novembro de 2023.