

## Clean-test

### Indicador Biológico para Esterilização a Vapor



### Certificado de Qualidade

Este lote de Indicadores Biológicos Clean-test encontra-se dentro das especificações da Soinvie do Brasil para este produto quando analisados sob nossos padrões de liberação.

Todas as unidades de Clean-test são fabricadas de acordo com as normas USP, EN 866, ISO 11138, AAMI ST59 e AAMI ST19.

Indicador Biológico para uso em processos de esterilização a vapor a 121°C 127°C e 134°C.

**Organismo:** *Geobacillus stearothermophilus* ATCC: 7953

**Lote:** S758-2

**Expiração:** 09/11/2022

**\*População (média/fita):** 1,6 x 10<sup>5</sup> **UFC**

**\*Valor de D (121°C):** 1,7 **min**

**\*Valor de D (127°C)** 0,2 **min**

**\*Valor de D (134°C):** 0,03 **min**

**\*Valor de Z (110°C e 130°C):** 7,8 **°C**

Dados de resistência	Sobrevivência	Morte
Vapor Saturado a 121°C	5,5 min.	15,6 min.
Vapor Saturado a 127°C	0,6 min.	1,8 min.
Vapor Saturado a 134°C	0,10 min.	0,28 min.

\*Determinado durante a fabricação.

Data de emissão: 30/11/2020

*Thiago José Pelissari*

Qualidade Assegurada  
Técnico Responsável  
CRQ 09202480 - IX Região

Fabricado por: Soinvie do Brasil Ltda.  
Estrada BR 158, S/N – Peabiru – PR  
CEP 87250-000 – CNPJ 08.781.956/0001-80  
Tel: (44) 3531-1552